

経皮的左心耳閉鎖システム(Watchman)に関する施設更新条件

1. 更新条件

- 1) 新規施設認定で求められる条件はすべて満たしていること。
- 2) 認定期間内(3年間)に10例以上、本システムを用いた治療を実施していること。
- 3) 認定期間内の実施症例については、レジストリーに全例登録していること。
- 4) 2)を満たしていない場合は、
 - A)製造販売業者から提供されるハンズオンを中心としたトレーニングを実施医2名以上、心エコー医1名以上が受講したうえで施設認定更新の申請をすること。
 - B)再認定後の初回実施症例から10例目まではプロクターもしくはクリニカルスペシャリストによる立ち合いのもとで実施すること

2. 手数料※申請時事前振込み

申請料：50,000円

更新料：100,000円